

# MASSCAL

Kalibrierlaboratorium für Masse  
Calibration laboratory for mass



akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

German translation of ISO/IEC 17025:2017

Mitglied im / Member of the  
Deutschen Kalibrierdienst



## Kalibrierschein

Calibration certificate

DKD

150205

D-K-  
15192-01-00

2023-03

Kalibrierzeichen

Calibration mark

Gegenstand Object	<b>Gewichtssatz von 1 kg - 20 kg</b> <b>set of weights 1 kg - 20 kg</b>
Hersteller Manufacturer	<b>unbekannt</b>
Typ Type	<b>Klasse M1, siehe Seite 2</b> <b>Class M1, see page 2</b>
Fabrikate/Serien-Nr. Serial number	<b>68901-69304</b>
Ident-Nr. Ident number	
Auftraggeber Customer	<b>Rolf Langenscheid GmbH</b> <b>Waagensystemtechnik</b> <b>Altenaer Str. 192</b> <b>D - 58513 Lüdenscheid</b>
Auftragsnummer Order No.	<b>182464</b>
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines Number of pages of the certificate	<b>4</b>
Datum der Kalibrierung Date of calibration	<b>29.03.2023</b>

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.



*This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).*

*The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.*

*The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.*

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind ohne Nennung und Unterschrift des für die Freigabe Verantwortlichen nicht gültig.

*This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates are not valid without the full name and signature of the approval responsible person.*

Datum Date	Freigabe des Kalibrierscheines durch Approval of the calibration certificate by	Bearbeiter Person in charge
30.03.2023	 G. Widmer	
		 A. Ansorge

Die englische Fassung des Kalibrierscheines ist eine unverbindliche Übersetzung.  
Im Zweifelsfall gilt der deutsche Originaltext.

*The English version of the calibration certificate is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the German original text must be used.*

### Kalibriergegenstand

Calibration object

Nennwerte <i>nominal values</i>	Form <i>shape</i>	Werkstoff nach Angabe des Herstellers <i>material according to the manufacturer</i>	Dichte der Gewichtstücke bei 20 °C <i>density of the weights at 20 °C</i>	Unsicherheit der Dichte (k=2) <i>uncertainty of density (k=2)</i>
3 x 1 kg, 6x2 kg	zylindrisches Knopfgewicht cylindrical knob weight	Messing feingedreht brass, finely turned	8400 kg/m³	170 kg/m³
3 x 5 kg	zylindrisches Knopfgewicht cylindrical knob weight	Grauguss verzinkt cast iron	7250 kg/m³	400 kg/m³
3 x 10 kg, 4x20 kg	Bügelgewicht weight with handle	Grauguss verzinkt cast iron	7250 kg/m³	400 kg/m³

### Aufbewahrung

Die 1kg und 2kg Gewichte befinden sich in Kunststoff-Schraubdosen auf denen das DakkS-Kalibrierzeichen seitlich aufgebracht ist. Die schwereren Gewichte befinden sich in keinem Behältnis, die Kennzeichnung ist auf den Gewichtstücken aufgebracht.

### Storage

*The 1kg and 2kg weights are kept in screwed plastic boxes. The DakkS calibration labels are affixed on their sides. The heavier weights are kept in no case, the marking is affixed on the weights.*

### Normale

GS 33: Gebrauchsnormale, Klasse F1; Kalibrier-Nr.: 147971-2023-1  
GS 27: Gebrauchsnormal, Klasse E2; Kalibrier-Nr.: 146580-2022-11

### Standards

GS 33: working standards, class F1; calibration-no.: 147971-2023-1  
GS 27: working standard, class E2; calibration-no.: 146580-2022-11

### Kalibrierverfahren

Die Bestimmung des konventionellen Wägewertes wurde unter Verwendung von Massenormalen nach dem Substitutionsverfahren auf Komparatorwaagen durchgeführt.

### Calibration procedure

*The conventional mass value was determined with balances by comparison with standards using the substitution weighing method.*

### Kalibrierort

### Calibration location

Die Kalibrierung wurde im permanenten Kalibrierlabor durchgeführt.

*The calibration was performed in the permanent calibration laboratory.*

**Messergebnisse und Umgebungsbedingungen**

Results of measurement and ambient conditions

**Tabelle Table**

Nennwert <i>nominal value</i>	Kennzeichnung <i>Marking</i>	Konventioneller Wägewert <i>conventional mass value</i>	Mess- unsicherheit <i>uncertainty of measurement</i>	Zul. Fehler- grenze <i>max. permissible error</i>	Mittlere Umgebungsbedingungen der Luft ambient conditions of air		
					U( <i>k</i> =2)	+/-	Temperatur <i>temperature</i>
					[in °C ]		[in % r.F.]
1 kg	68901	1 kg +20 mg	16 mg	50 mg	21,81 ± 0,04	45,5 ± 1,0	976,3 ± 0,2
1 kg	68902	1 kg -33 mg	16 mg	50 mg	21,80 ± 0,04	45,1 ± 1,0	977,0 ± 0,2
1 kg	68903	1 kg -31 mg	16 mg	50 mg	21,80 ± 0,04	45,1 ± 1,0	977,1 ± 0,2
2 kg	69001	2 kg +17 mg	30 mg	100 mg	21,81 ± 0,04	45,5 ± 1,0	976,3 ± 0,2
2 kg	69002	2 kg -22 mg	30 mg	100 mg	21,94 ± 0,04	44,6 ± 1,0	977,0 ± 0,2
2 kg	69003	2 kg +23 mg	30 mg	100 mg	21,91 ± 0,04	44,8 ± 1,0	977,1 ± 0,2
2 kg	69004	2 kg -29 mg	30 mg	100 mg	21,94 ± 0,04	44,8 ± 1,0	977,1 ± 0,2
2 kg	69005	2 kg +25 mg	30 mg	100 mg	21,81 ± 0,04	45,5 ± 1,0	976,3 ± 0,2
2 kg	69006	2 kg +6 mg	30 mg	100 mg	21,84 ± 0,04	44,8 ± 1,0	977,1 ± 0,2
5 kg	69101	5 kg +118 mg	80 mg	250 mg	21,72 ± 0,02	45,4 ± 4,0	985,9 ± 0,8
5 kg	69102	5 kg +127 mg	80 mg	250 mg	21,65 ± 0,02	45,5 ± 4,0	985,9 ± 0,8
5 kg	69103	5 kg +57 mg	80 mg	250 mg	21,63 ± 0,02	45,4 ± 4,0	985,9 ± 0,8
10 kg	69205	10 kg +248 mg	160 mg	500 mg	21,66 ± 0,02	45,0 ± 4,0	986,0 ± 0,8
10 kg	69206	10 kg +275 mg	160 mg	500 mg	21,78 ± 0,02	44,8 ± 4,0	985,8 ± 0,8
10 kg	69207	10 kg -65 mg	160 mg	500 mg	21,75 ± 0,02	44,7 ± 4,0	985,8 ± 0,8
20 kg	69301	20 kg -63 mg	300 mg	1000 mg	21,77 ± 0,25	44,7 ± 4,0	985,6 ± 0,8
20 kg	69302	20 kg +370 mg	300 mg	1000 mg	21,76 ± 0,25	44,5 ± 4,0	985,5 ± 0,8
20 kg	69303	20 kg +415 mg	300 mg	1000 mg	21,82 ± 0,25	44,6 ± 4,0	985,3 ± 0,8
20 kg	69304	20 kg +330 mg	300 mg	1000 mg	21,71 ± 0,25	45,7 ± 4,0	985,2 ± 0,8

**Konformität**

Conformity

Die konventionellen Wägewerte der Gewichtstücke halten die Anforderungen der Genauigkeitsklasse M1 nach der Internationalen Empfehlung R 111 der Internationalen Organisation für Gesetzliche Metrologie (OIML R 111), Ausgabe 2004, ein.

Die angegebenen Werte gelten für den Zustand des Gewichtssatzes zur Zeit der Kalibrierung.

The conventional values of the weights are in accordance with the requirements of accuracy class M1 according to International Recommendation R 111 of the International Organization of Legal Metrology (OIML R 111), edition 2004.

The values stated apply to the condition of the set of weights at the time of calibration.

## Magnetische Eigenschaften

### Magnetic properties

Die magnetische Suszeptibilität und/oder permanente Magnetisierung wurden gemäß der Internationalen Empfehlung R 111 der Internationalen Organisation für Gesetzliche Metrologie (OIML R 111), Ausgabe 2004 mit folgenden Prüfmitteln überprüft: Suszeptometer, Permeabilitätsmessgerät und/oder Magnetometer mit Fluxgatesonde.

Die Grenzwerte der entsprechenden Fehlergrenzenklasse gemäß OIML R111-1:2004 werden eingehalten.

*The magnetic susceptibility and/or permanent magnetization were determined by test equipment recommended by International Recommendation No. 111 of the International Organization of Legal Metrology (OIML R 111), edition 2004: susceptometer, permeability measuring instrument or fluxgate magnetometer.*

*The limits for the class have to be tested are in accordance to OIML R111-1:2004.*

## Messunsicherheit

### Uncertainty of measurement

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k=2$  ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M:2013 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95 % im zugeordneten Wertebereich.

Die erweiterte Messunsicherheit wurde aus Messunsicherheitsanteilen der verwendeten Normale, der Wägungen und der Luftauftriebskorrektur berechnet. Eine Abschätzung über Langzeitveränderungen ist in der Unsicherheitsangabe nicht enthalten.

Kovarianzen werden im Allgemeinen nicht angegeben, daher sind für Kombinationen von Gewichtsstücken die Unsicherheiten nach der Formel:

$$U_g = \sum U_i$$

zu addieren.  $U_g$  ist die Gesamtunsicherheit und  $U_i$  sind die Unsicherheiten der verwendeten Gewichtstücke.

*Reported is the expanded uncertainty of measurement which results from the combined standard uncertainty by multiplication with the coverage factor k=2. It was determined according to EA-4/02 M:2013. Generally, the value of the measurand is within the assigned interval of values with a confidence level of approximately 95 %.*

*The expanded uncertainty was calculated from the components of uncertainty of used reference standards, of the weighings and of the air buoyancy correction. An estimation of long time variations is not included.*

*Covariances are not generally reported; therefore the uncertainties for combinations of weights must be added according to the above formula, with  $U_g$  for total uncertainty and  $U_i$  for the uncertainties of the used weights.*

## Bemerkungen

### Remarks

1. Der konventionelle Wägewert eines Gewichtstückes entspricht der Masse des Gewichtstückes für eine angenommene Dichte von  $8000 \text{ kgm}^{-3}$  bei einer Luftdichte von  $1,2 \text{ kgm}^{-3}$  in Übereinstimmung mit dem Internationalen Dokument Nr. 28 der Internationalen Organisation für Gesetzliche Metrologie (OIML D 28), Ausgabe 2004.

*The conventional mass value of the weight correspond to the mass of the weight assuming a density of  $8000 \text{ kgm}^{-3}$  at an air density of  $1,2 \text{ kgm}^{-3}$  in accordance with International Document No. 28 of the International Organization of Legal Metrology (OIML D 28), edition 2004.*

2. Die Deutsche Akkreditierungstelle GmbH ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner innerhalb und außerhalb Europas sind den Internetseiten von EA ([www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org)) und ILAC ([www.ilac.org](http://www.ilac.org)) zu entnehmen.

*The Deutsche Akkreditierungstelle GmbH is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories inside and beyond Europe can be taken from the web-pages of EA ([www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org)) and ILAC ([www.ilac.org](http://www.ilac.org)).*

## Ende des Kalibrierscheines

### End of calibration certificate